

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.03532
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668864
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДВР центр». Адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп.1. ОГРН: 5117746039351. Телефон (495)4-112-911, факс (495)5-103-206.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДВР центр». Адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 53, корп.1. ОГРН: 5117746039351. Телефон (495)4-112-911, факс (495)5-103-206.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". Адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Ворота противопожарные откатные металлические сплошные и с дверью противопожарной, марки ВПО-ОГНЕДЕКОР-60К, изготовленные по ТУ 5284-008-38208660-13. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
52 8481

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) от 22.07.2008 N 123-ФЗ) ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Нормируемый предел огнестойкости EI 60.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № К04580-ТР от 13.08.2013 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт о результатах анализа состояния производства № 4988-АП от 03.07.2013 г. ОС «Пожполисерт» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г. Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.08.2013 по 18.08.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
А.Н. Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
И.И. Далбинш
подпись, инициалы, фамилия

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ООО «ДВР ЦЕНТР»
АЛЕКСЕЕВ Д. И.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.01450

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0000114

Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания Деловые линии"
(ООО "ПКДЛ"). Адрес: 308023, РОССИЯ, Белгородская обл., г. Белгород, Промышленный проезд,
д. 3. ОГРН: 1143123001450. Телефон: 84722500725, 84722500754. Факс: 84722500266.
E-mail: abarikс@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания Деловые линии"
(ООО "ПКДЛ"). Адрес: 308023, РОССИЯ, Белгородская обл., г. Белгород, Промышленный проезд,
д. 3. ОГРН: 1143123001450. Телефон: 4722500725, 84722500754. Факс: 84722500266.
E-mail: abarikс@yandex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОО "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"
301760, Россия, Тульская обл., г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, тел./факс: 84952801686.
ОГРН: 1107154016166. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58 выдан 28.12.2010 г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные металлические с порогом и без порога
однопольные глухие типа ДП-01-ПКДЛ-(Е160) и с остеклением до 25%
типа ДП-01-ПКДЛ-(Е160)-О, габаритные размеры 2200(+15%, -
30%)x1000(+15%, -30%) мм, двупольные глухие типа ДП-02-ПКДЛ-(Е160)
и с остеклением до 25% типа ДП-02-ПКДЛ-(Е160)-О, габаритные размеры
2200(+15%, -30%)x1600(+15%, -30%) мм, остекление - стекло жаростойкое
многослойное марки Бранд Гласс ПАРАФЛАМ-Е1W60, общей толщиной
28 мм (ТУ 5924-001-61067415-09), выпускаемые по ТУ 5262-001-22226377-
2015. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

52 6217

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

КОПИЯ ВЕРНА



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ
от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод
испытаний на огнестойкость"
Предел огнестойкости – EI 60

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 2727-С/ТР от 26.05.2015 г., № 2728-С/ТР от
26.05.2015 г., № 2729-С/ТР от 26.05.2015 г., № 2730-С/ТР от 26.05.2015 г. ИЛ "Альфа "Пожарная
Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 28.12.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
№ СДСГК RU.OC05.K04081 от 24.04.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.05.2015 по 27.05.2018



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

Д.Н. Байгушкин

инициалы, фамилия